
DISINFECT
Bedienung
Bottle changed?
Yes
0.5l
Set 3.0 ml READY
1.0l
Set 3.0 ml READY
No
Set 3.0 ml READY
Taste 2 Sek. gedrückt halten
ESC
Set 3.0 ml READY
Pause
continue
Menue
Set Value
EDIT
Mit + / - die gewünschte Menge pro Auslösung einstellen. Einstellungsbereich von 0.5 -6.0 ml (0.1 ml Schritte)
OK bestätigen
ESC
Setup
OK
Service
OK
Counter 1
ESC
rst = Reset
Counter 2
ESC
Set Basics
OK
Autoreturn
ESC
EDIT
Mit + / - den gewünschten Wert einstellen. Aus jedem Menüpunkt heraus kehrt die Software nach der hier eingestellten Zeit zum Hauptmenü zurück.
OK
ESC
Backlight
EDIT
Mit + / - einstellen, wie lange das Display beleuchtet bleibt.
OK
ESC
Timeout
EDIT
Mit + / - die Zeit bis zum nächsten Dispensiervorgang einstellen.
OK
ESC
Contrast
EDIT
Mit + / - die Sättigung der Anzeige einstellen
OK
ESC
Light Pump
EDIT
Mit + / - einstellen, ob das Display während des Dispensionsvorgangs beleuchtet bleibt oder nicht. (on, off)
OK
ESC
ESC
ESC
ESC
Set Function
OK
Digital Out
EDIT
Mit + / - den digitalen Ausgang Ein- oder Ausschalten (on, off)
OK
ESC
ESC
Set Calibration
OK
EDIT
Value Calibration EDIT (Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Abgabemenge genau zu kalibrieren. Bei der Kalibrierung wird von einer Menge von 3.0 ml ausgegangen.
Place Bottle
OK
Bottle placed?
OK
(Dispensionsvorgang)
Value
Mit + / - die Ausgabemenge erhöhen / verringern
OK
Save Calibration?
OK
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
Tastatursperre
Sperren / Entsperren
gleichzeitig 2 Sek. gedrückt halten im Hauptmenü